



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)**

**N. 00592 / 2016 / DD**

Il giorno 21/09/2016

Il Responsabile dell'Area 2.4.2 Acquisti (2.4 U.S.C. Amministrative\ 2 Direzione Amministrativa)

**Dott. MARIA LUIGIA BARONE**

per delega del Direttore Generale, **Ida Maria Ada Ramponi**,

ha adottato la seguente Determinazione:

**OGGETTO: FORNITURA DI MICROSCOPI OTTICI, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI (GARANZIA) E DI OPZIONALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER UN ULTERIORE PERIODO DI 24 MESI, DA DESTINARE ALL'U.O. DI LABORATORIO E ALL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA:ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO LEICA MICROSYSTEM S.R.L.**

Nessun onere previsto

Fascicolo Generale n°: 00111 / 2016 - 01.6.03

Incaricato dell'Istruttoria: Dott.ssa ROSSELLA OGGIONI

Voce Titolare n°: **01.6.03**

Fascicolo Generale n°: **111/2016**

Il Responsabile del Procedimento: **Maria Luigia Barone**

L'Incaricato dell'Istruttoria: **Ivana Colombo/Rossella Oggioni**

## **IL RESPONSABILE DELL'USC ACQUISTI**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

**RICHIAMATA** la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

**PRESO ATTO** della D.G.R. X/4702 del 29 dicembre 2015 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016";

**RICHIAMATA** la deliberazione 12 febbraio 2009, n. 108, con la quale si è, tra l'altro, disposta la delega al Responsabile U.S.C. Acquisti, ad adottare determinazione di nomina delle Commissioni Giudicatrici in occasione di procedure di gara ad evidenza pubblica da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**PREMESSO** che, con determinazione 24 febbraio 2016, n. 86, è stata indetta procedura negoziata (cottimo fiduciario) senza previa pubblicazione del bando, con modalità telematica, avvalendosi della piattaforma regionale Sintel - ai sensi dell'art. 125, comma 11, del previgente D. Lgs. n. 163/2006 - finalizzato alla individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare il contratto di fornitura di microscopi ottici, da destinare all'U.O. di Laboratorio e all'U.O. di Anatomia Patologica aziendali - comprensiva di manutenzione full risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 24 mesi - per un importo complessivo del contratto di € 66.500,00 iva esclusa;

**RILEVATO** che, a seguito di quanto espressamente stabilito nel Documento unico della procedura di gara ed ai sensi della normativa vigente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 marzo 2016, sono pervenute, on line, tramite piattaforma Sintel, le seguenti offerte, come da verbale depositato in atti relative agli operatori economici sotto elencati:

1. TIESSELAB S.r.l.
2. NIKON INSTRUMENTS S.p.a.
3. LEICA MICROSISTEMS S.r.l.;

**PRESO ATTO** che, con verbale della seduta pubblica di constatazione delle offerte pervenute e di apertura e verifica della documentazione amministrativa in data 23 marzo

2016, il Seggio di Gara ha escluso – ai sensi di quanto espressamente richiesto, a pena d'esclusione, dal paragrafo 22.1 punto 4 e dall'art. 25 numero 7 (pag.46) "Esclusione delle offerte" del Documento Unico di Procedura - l'operatore Economico TIESSELAB S.r.l. per carenza di: *"dichiarazione, da parte di un fideiussore, di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario" come previsto dagli artt. 75 comma 8 e 113 del D.Lgs. 163/2006"*;

**RICHIAMATI:**

- la determinazione 8 giugno 2016, n. 327, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice della procedura in argomento;

- il verbale 23 giugno 2016 con il quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica prodotta e ha dato atto della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici concorrenti NIKON INSTRUMENTS S.p.a. e LEICA MICROSYSTEMS S.r.l., rimandando ad una o più sedute riservate successive la valutazione delle offerte tecniche;

**RILEVATO CHE** la Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 1 luglio 2016 per la valutazione tecnico qualitativa delle offerte presentate, ha rimesso all'USC Acquisti in data 16 settembre 2016 il verbale relativo ai lavori della Commissione nel quale si rappresenta quanto segue: *"La Commissione Giudicatrice, verificata l'offerta tecnica/progetto presentato dall'operatore economico Leica Microsystems, ritiene sussistere i presupposti per l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara in ragione della non conformità del progetto tecnico rispetto a quanto indicato nel DUP. In particolare la Commissione Giudicatrice reputa opportuno escludere l'operatore economico Leica Microsystems in quanto, come indicato sia nel questionario tecnico a pag. 3 punto CSA-ART. 3.1-A.8 sia alla voce A.1 "Configurazione tecnica dei sistemi offerti" del "Progetto tecnico-organizzativo – Relazione Tecnica", sono inclusi in offerta, per ciascuno dei quattro microscopi richiesti per l'U.O. Anatomia Patologica n° 5 obiettivi (Ob. N Plan 5x/0.12, Ob. N Plan 10x/0.25/B/17.6, Ob. N Plan 20x/0.4/0.17/D.039, Ob. N Plan 40x/0.65/0.17/D 0.36, Ob. N Plan 63x/0.8/0.17/D 0.26) anziché i 6 obiettivi previsti dalle caratteristiche tecniche minime essenziali (manca, per ciascuno dei quattro microscopi previsti per l'anatomia patologica, l'inclusione in offerta dell'obiettivo 60x oppure 63x a olio)."*;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prendere atto del verbale 1 luglio 2016 rimesso dalla Commissione Giudicatrice formalizzando l'esclusione dalla procedura negoziata (cittino fiduciario) senza previa pubblicazione del bando finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare il contratto di fornitura di microscopi ottici, da destinare all'U.O. di Laboratorio e all'U.O. di Anatomia Patologica aziendali - comprensiva di manutenzione full risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 24 mesi – dell'operatore economico Leica Microsystems S.r.l. per la motivazione suesposta;

**ATTESO** che, a decorrere dal 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (c.d. "Nuovo Codice degli Appalti");

**PRECISATO** che l'art. 216, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (disposizioni transitorie e di coordinamento), precisa che lo stesso Decreto "*(..omissis..) si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.*";

**PRESO ATTO** che la procedura di cui trattasi è stata pubblicata, ed i relativi inviti a presentare offerte inviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del c.d. "Nuovo Codice degli Appalti" e che, pertanto, la procedura di cui trattasi è sottratta dall'ambito di applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016;

**VISTI** gli atti disposti dall'Incaricato dell'Istruttoria di cui ne attesta la regolarità tecnica;

## **DETERMINA**

**per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:**

- 1. di prendere atto** del verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 1 luglio 2016 per la valutazione tecnico qualitativa delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti della procedura negoziata (cottimo fiduciario) - indetta senza previa pubblicazione del bando, con modalità telematica, avvalendosi della piattaforma regionale Sintel e ai sensi dell'art. 125, comma 11, del previgente D. Lgs. n. 163/2006 - finalizzata all'aggiudicazione del contratto di fornitura di microscopi ottici, da destinare all'U.O. di Laboratorio e all'U.O. di Anatomia Patologica aziendali - comprensiva di manutenzione full risk per 24 mesi (garanzia) e di opzionale servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 24 mesi - nel quale si rappresenta quanto segue: "*La Commissione Giudicatrice, verificata l'offerta tecnica/progetto presentato dall'operatore economico Leica Microsystems, ritiene sussistere i presupposti per l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara in ragione della non conformità del progetto tecnico rispetto a quanto indicato nel DUP. In particolare la Commissione Giudicatrice reputa opportuno escludere l'operatore economico Leica Microsystems in quanto, come indicato sia nel questionario tecnico a pag. 3 punto CSA-ART. 3.1-A.8 sia alla voce A.1 "Configurazione tecnica dei sistemi offerti" del "Progetto tecnico-organizzativo – Relazione Tecnica", sono inclusi in offerta, per ciascuno dei quattro microscopi richiesti per l'U.O. Anatomia Patologica n° 5 obiettivi (Ob. N Plan 5x/0.12, Ob. N Plan 10x/0.25/B/17.6, Ob. N Plan 20x/0.4/0.17/D.039, Ob. N Plan 40x/0.65/0.17/D 0.36, Ob. N Plan 63x/0.8/0.17/D 0.26) anziché i 6 obiettivi previsti dalle caratteristiche tecniche minime essenziali (manca, per ciascuno dei quattro microscopi previsti per l'anatomia patologica, l'inclusione in offerta dell'obiettivo 60x oppure 63x a olio).*" ;
- 2. di escludere** dalla procedura di cui trattasi l'operatore economico Leica Microsystems S.r.l. per la motivazione esposta al punto 1 e di cui al verbale 1 luglio 2016 rassegnato dalla Commissione Giudicatrice;
- 3. di dare atto** che il contenuto della presente determinazione sarà notificato mediante:

- trasmissione all'operatore economico destinatario del provvedimento mediante Piattaforma SinTel,
- pubblicazione sul sito internet aziendale [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), nell'apposita sezione "Gare", "Gare ed esiti di gara",
- trasmissione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'operatore economico Leica Microsystems S.r.l.;

**4. di dare atto** altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere.

*Firmato digitalmente da*  
**IL RESPONSABILE**  
**DELL'U.S.C. ACQUISTI**  
(D.ssa Maria Luigia Barone)