



ASST Rhodense

Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese

U.S.C. Acquisti

Con sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2008 certificato

Tel. 02/994302475 Fax 02/994302591

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Fasc. Gen. n. 129/2017 Titolario: 01.6.03

Trasmissione via Sintel

Garbagnate Milanese, **7 agosto 2017**

Prot. n. **45036**

A tutti gli operatori economici partecipanti

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO FORNITURA DI LASER CHIRURGICI DA DESTINARE ALL'U.O. UROLOGIA DELL'ASST RHODENSE, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK IN GARANZIA E POST GARANZIA, SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI/MATERIALE DI CONSUMO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI.

LOTTO 1 LASER PER CALCOLOSI CIG 70937202EE

LOTTO 2 LASER PER IPERTROFIA PROSTATICA COMPLETO DI MORCELLATORE CIG 7093722494

RISPOSTA A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla documentazione di gara per la procedura in oggetto, si comunicano qui di seguito le risposte formulate:

1. Domanda

lotto 1: LASER PER CALCOLOSI:

1.1. si chiede di esplicitare che cosa si intende con "80 procedure anno di ureteroscopie"

1.2. cosa si intende al punto nr. 14 con la dicitura nr. 3 fibre pluriuso; è possibile offrire tutte fibre pluriuso ?

1. Risposta

1.1 Il numero di procedure indicato è una previsione annua, basata sul dato storico del Unità Operativa, relativa alle tipologie di intervento (calcolosi intrauretrale e calcolosi intrarenale) che prevedono l'utilizzo della fibra laser.

1.2 Il punto 14 del CSA indica che la fornitura del laser dovrà essere completa di n°3 fibre pluriuso al netto del materiale oggetto di somministrazione. In riferimento al materiale oggetto di somministrazione, come indicato all'articolo 2 del CSA, si specifica che è ammessa la facoltà di offrire, indifferentemente, fibre monouso o

Sede Legale: viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

pluriuso purché in quantità sufficiente ad eseguire il numero di procedure chirurgiche indicato

2. Domanda

Nel questionario tecnico chiedete la conformità dell'apparecchiature alle norme CEI76-1 (che ci risulta sostituita con la CEI 76-2), ci confermate che corrisponde alla Direttiva IEC 60825 per la sicurezza laser?

2. Risposta

Si conferma che è richiesta la conformità alla norma CEI EN 60825-1.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Maria Luigia Barone

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone

Tel.: 02/99.430.2475– Fax.: 02/99.430.2591 – e-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Ivana Colombo