

## Presidio di Garbagnate Milanese

**U.O.C. Acquisti** - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese  
Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591  
E-mail: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it)

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 232/2018 – 233/2018

Garbagnate M.se, **13 dicembre 2018**  
Prot. n. **74009**

### **AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 4 ECOSCOPI PORTATILI PALMARI.**

#### **AVVISO – n. 15/2018**

**PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/12/2018**  
**SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 21/12/2018**

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di **n. 1 Ecoscopio palmare** da destinare all' U.O. di Cardiologia del P.O. di Garbagnate Mil.se, **n. 2 Ecoscopi palmari** da destinare all'U.O. Nefrologia e Dialisi del P.O. di Garbagnate Mil.se e **n. 1 Ecoscopio palmare** da destinare all'U.O. di Cardiologia del P.O. di Rho, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e degli artt. 8, comma 2 lett. b), e 22, comma 2.2, del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria pubblicato sul sito [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it) nella Sezione Gare mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esclusa)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
<b>FORNITURA DI N.4 ECOSCOPI PORTATILI PALMARI</b> Prestazioni incluse nel contratto: Installazione e collaudo; Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario; Servizio di assistenza tecnica Full Risk per almeno 36 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di almeno 10 anni).	€ 15.600,00	Criterio del minor prezzo previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa del bene offerto ai sensi dell'art. 22 comma 2.3 lett a) del Regolamento sopra indicato	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8 comma 2 e 22 comma 2.2 lett a) del Regolamento sopra indicato

Nell'Allegato 2 "Specifiche tecniche" viene riportata una descrizione sintetica ma vincolante dei dispositivi ricompresi nel contratto in oggetto.

Gli Operatori Economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata, dovranno dichiarare il proprio interesse **entro le ore 14.00 del giorno 21/12/2018.**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), sezione "Gare", link disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 13/12/2018.

Gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) ad ASST Rhodense - a mezzo all'indirizzo PEC [protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it) entro e non oltre **il termine suindicato delle ore 14.00 del giorno 21/12/2018.**

Si precisa che il presente avviso esplorativo ha lo scopo di raccogliere dichiarazioni di interesse a partecipare ad una o più procedure di selezione dei fornitori.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto.

La Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei, anche ai sensi del sopracitato articolo, che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Milano, 13 dicembre 2018.

U.O.C. ACQUISTI  
IL RESPONSABILE  
Maria Luigia Barone

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone  
Tel. 02-994302475 - Email: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it)  
Incaricato dell'Istruttoria: Ivana Colombo  
Tel. 02-994302239 - Email: [jcolombo@asst-rhodense.it](mailto:jcolombo@asst-rhodense.it)

**ALLEGATO 1**

**ASST RHODENSE**  
**Viale C. Forlanini n. 95**  
**20024 Garbagnate Milanese**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail PEC \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscrizione C.C.I.A.A. n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta**

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all'interno dell'Avviso 15/2018 pubblicato dall'ASST Rhodense sul sito internet [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esclusa)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
<b>FORNITURA DI N.4 ECOSCOPI PORTATILI PALMARI</b> Prestazioni incluse nel contratto: Installazione e collaudo; Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario; Servizio di assistenza tecnica Full Risk per almeno 36 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di almeno 10 anni).	€ 15.600,00	Criterio del minor prezzo previo giudizio di idoneità tecnico-qualitativa del bene offerto ai sensi dell'art. 22 comma 2.3 lett a) del Regolamento sopra indicato	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8 comma 2 e 22 comma 2.2 lett a) del Regolamento sopra indicato

*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

**DICHIARA**

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto;
4. di avere la capacità di fornire prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato 2 come specificato nei seguenti questionari:

<b>QUESTIONARIO PER INDAGINE DI MERCATO</b>	
<b>PARAMETRO</b>	<b>CAMPO DA COMPILARE DA PARTE OPERATORE ECONOMICO</b>
<b>ECOSCOPIO PORTATILE PALMARE LOTTO 1</b>	
Fornitore	
Produttore	
Modello	
Anno di immissione in commercio del modello proposto	
Classificazione CND	
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM	Indicare numero di iscrizione:
Il modello indicato è rispondente alle caratteristiche minime specificate nell'avviso esplorativo?	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO
Conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i.	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO
Conformità alla EN 60601-1	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO
Manuale d'uso in lingua Italiana	Allegare manuale d'uso
Scheda tecnica in lingua Italiana	Allegare scheda tecnica

<b>QUESTIONARIO PER INDAGINE DI MERCATO</b>	
<b>PARAMETRO</b>	<b>CAMPO DA COMPILARE DA PARTE OPERATORE ECONOMICO</b>
<b>ECOSCOPIO PORTATILE PALMARE LOTTO 2</b>	
Fornitore	
Produttore	
Modello	
Anno di immissione in commercio del modello proposto	
Classificazione CND	
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM	Indicare numero di iscrizione:
Il modello indicato è rispondente alle caratteristiche minime specificate nell'avviso esplorativo?	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO



Conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i.	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO
Conformità alla EN 60601-1	<input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO
Manuale d'uso in lingua Italiana	Allegare manuale d'uso
Scheda tecnica in lingua Italiana	Allegare scheda tecnica

Data e luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firma del soggetto dichiarante\**

**\*La dichiarazione deve essere corredata d:**

- **Fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore;**
- **Manuale d'uso in lingua italiana dei prototipi rispondenti alle caratteristiche tecniche dell'Allegato 2;**
- **Scheda Tecnica in lingua italiana dei prototipi rispondenti alle caratteristiche tecniche dell'Allegato 2;**

## ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE

### OGGETTO DEL CONTRATTO:

Fornitura di n. 4 Ecoscopi portatili palmari da destinare all' U.O. di Cardiologia del P.O. di Garbagnate Mil.se (n.1), all'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Garbagnate Mil.se (n.2) e all'U.O. di Cardiologia del P.O. di Rho (n.1).

### CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ECOSCOPI PORTATILI PALMARI:

#### Lotto 1

- n°1 per UO Cardiologia – P.O. di Garbagnate M.se;
- n°2 per UO Nefrologia e Dialisi – P.O. di Garbagnate M.se;

ciascuna apparecchiatura dovrà essere un sistema di imaging a ultrasuoni palmare per uso universale (tipo Vscan GE o prodotto equivalente) con le seguenti caratteristiche minime:

- ✓ dispositivo ergonomico, compatto, leggero e facile da usare con dimensioni ridotte (palmare) con monitor almeno pari a 3,5”;
- ✓ dovrà poter essere utilizzata almeno per le seguenti applicazioni: cardiologiche (color doppler), vascolari periferiche (accessi vascolari);
- ✓ alimentazione a batteria;
- ✓ memorizzazione degli esami in locale con possibilità di trasferimento successivo su PC con software dedicato;
- ✓ comprensivo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (sonda ecografica, software, batteria, carica batterie/dock station, custodia/borsa da trasporto, etc.);
- ✓ conformità alle direttive 93/42/CEE e s.m.i. sia del dispositivo che del software;
- ✓ conformità alla EN 60601-1.

#### Lotto 2

- n°1 per UO Cardiologia – P.O. di Rho;

ciascuna apparecchiatura dovrà essere un sistema di imaging a ultrasuoni palmare per uso universale (tipo Vscan GE o prodotto equivalente) con le seguenti caratteristiche minime:

- ✓ dispositivo ergonomico, compatto, leggero e facile da usare con dimensioni ridotte (palmare) con display almeno pari a 5” di tipo touchscreen;
- ✓ dovrà poter essere utilizzata almeno per le seguenti applicazioni: cardiologiche (color doppler), vascolari periferiche (accessi vascolari);
- ✓ alimentazione a batteria;
- ✓ memorizzazione degli esami in locale con possibilità di trasferimento successivo su PC con software dedicato;
- ✓ comprensivo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (sonda ecografica, software, batteria, carica batterie/dock station, custodia/borsa da trasporto, etc.);
- ✓ conformità alle direttive 93/42/CEE e s.m.i. sia del dispositivo che del software;
- ✓ conformità alla EN 60601-1.

### PRESTAZIONI INCLUSE NEL CONTRATTO:

- Installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario;
- Servizio di assistenza tecnica Full Risk per almeno 36 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di almeno 10 anni).