

# Presidio di Garbagnate Milanese

**U.O.C. Acquisti -** Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 185/2018

Garbagnate M.se, 17 settembre 2018 Prot. n. 0055886

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI OSSIDO NITRICO.

AVVISO - n. 08/2018

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/09/2018 SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 02/10/2018

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura fornire **n° 1 ANALIZZATORE DI OSSIDO NITRICO** da destinare all'Ambulatorio di Allergologia Respiratoria del P.O. di Garbagnate M.se, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esclusa)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI OSSIDO NITRICO Prestazioni incluse nel contratto:  Installazione e collaudo Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario  Servizio di assistenza tecnica Full Risk per il periodo di garanzia per un minimo di 24 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di minimo 10 anni).	€ 6.200,00	alle migliori condizioni economiche sulla base delle valutazioni del progetto presentato In analogia all' art. 95, comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

Nell'Allegato 2 "Specifiche tecniche" viene riportata una descrizione sintetica ma vincolante dei dispositivi ricompresi nel contratto in oggetto.

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Rhodense

Gli Operatori Economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata,

dovranno dichiarare il proprio interesse entro le ore 14.00 del giorno 02/10/2018.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, sezione "Gare", link

disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 17/09/2018.

Gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) ad ASST Rhodense - a

mezzo all'indirizzo PEC <u>protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it</u> entro e non oltre **il termine suindicato** 

delle ore 14.00 del giorno 02/10/2018.

Si precisa che il presente avviso esplorativo ha lo scopo di raccogliere dichiarazioni di interesse a

partecipare ad una o più procedure di selezione dei fornitori.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non

potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del

contratto.

La Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e, in ogni

caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco, nel rispetto delle norme vigenti,

scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei, anche ai sensi del sopracitato

articolo, che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Milano, 17 settembre 2018.

U.O.C. ACQUISTI IL RESPONSABILE

Maria Luigia Barone

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la

firma autografa)

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone

Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Ivana Colombo

Tel. 02-994302239 - Email: icolombo@asst-rhodense.it

# **ALLEGATO 1**

# ASST RHODENSE Via C. Forlanini 95 20024 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto				_ CF			_ nato	il
	a		residente ir	າ				
C.a.p	Via _			n.		in	qualità	di
		dell'op	eratore economic	0			, con s	sede
legale in	C.a.p	)	Via		Tel.			
indirizzo e-mail PEC			_ codice fiscale n. <sub>.</sub>				con pa	rtita
IVA n		iscrizione	C.C.I.A.A. n				sede	di
	Provincia		da	al				

# MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all'interno dell'Avviso 08/2018 pubblicato dall'ASST Rhodense sul sito internet <a href="www.asst-rhodense.it">www.asst-rhodense.it</a>, sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esclusa)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI OSSIDO NITRICO Prestazioni incluse nel contratto:  Installazione e collaudo Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario Servizio di assistenza tecnica Full Risk per il periodo di garanzia per un minimo di 24 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di minimo 10 anni).	€ 6.200,00	alle migliori condizioni economiche sulla base delle valutazioni del progetto presentato In analogia all' art. 95, comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,


# **DICHIARA**

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

# **ASST Rhodense**

2.	che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
	per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata
	per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3.	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personal
	raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto.
Da	ita e luogo
	Firma del soggetto dichiarante*

\*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore



### **ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO:**

Fornitura di n° 1 analizzatore di ossido nitrico da destinare all'Ambulatorio di Allergologia Respiratoria del P.O. di Garbagnate M.se.

### **CARATTERISTICHE MINIME:**

- Dispositivo ergonomico (compatto, leggero e facile da usare) che consenta la misurazione dell'ossido nitrico esalato durante il ciclo dell'espirazione mediante analisi a campione a diversi livelli dell'apparato respiratorio: bronchiale, alveolare e nasale;
- ✓ Celle elettrochimica o sistema equivalente di lunga durata (minimo 2 anni) senza predeterminazione del numero di esami;
- ✓ Calibrazione dello strumento completamente automatica;
- ✓ Tempo di analisi il più breve possibile e comunque non superiore a 40 secondi;
- ✓ Possibilità di utilizzare boccagli non dedicati;
- ✓ Accessori necessari al sicuro e corretto funzionamento del dispositivo inclusi (es. tubo) respiratorio flessibile con adattatore per filtri antibatterici);
- ✓ Software applicativo per leggere ed analizzare i campionamenti registrati;
- √ Possibilità di creare database degli esami effettuati e consultazione dello storico;
- ✓ Conformità alle direttive 93/42/CEE e s.m.i. sia del dispositivo che del software;
- ✓ Conformità alla EN 60601-1.

# PRESTAZIONI INCLUSE NEL CONTRATTO:

- Installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario;
- Servizio di assistenza tecnica Full Risk per il periodo di garanzia per un minimo di 24 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di minimo 10 anni).