

**Presidio di Garbagnate Milanese****U.O.C. Acquisti** - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 152/2019

Garbagnate M.se, 21 Agosto 2019

Prot. n. 52030

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 POLIGRAFO PER EMODINAMICA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 72 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .

AVVISO – n. 05/2019**PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:****21/08/2019****SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:****02/09/2019**

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 poligrafo per emodinamica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta IVA esclusa	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di n. 1 poligrafo per emodinamica da destinare al P.O. di Rho, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione	24 mesi	1	€ 40.135,00	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e art. 23, punto 2.3.2 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento aziendale per gli acquisti
Servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 72 mesi (clausola opzionale)	72 mesi servizio di assistenza e manutenzione		€ 31.410,00		

Il contratto dovrà essere eseguito presso il P.O. di Rho in conformità a quanto sinteticamente riportato nel documento Allegato 2 del presente Avviso.

Con l'esperimento della suddetta procedura l'ASST Rhodense intende individuare la migliore offerta da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016, previa verifica da parte di apposita Commissione della conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime riportate nell'allegato 2.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- a) offerta economica (prezzo complessivo offerto) max 30/100 punti
- b) qualità della fornitura/servizio max 70/100 punti

Gli operatori economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata, dovranno dichiarare il proprio interesse **entro le ore 14.00 del giorno 02/09/2019**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, sezione "Gare", link disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 21/08/2019.

Gli operatori economici dovranno far pervenire ad ASST Rhodense - a mezzo all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it entro e non oltre **il termine suindicato delle ore 14.00 del giorno 02/09/2019**.

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1);
2. Schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi. Si chiede di specificare Codice CND e Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM;
3. Contatti (area tecnica).

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Garbagnate Milanese, 21 agosto 2019

Il RESPONSABILE UOC ACQUISTI

Maria Luigia Barone

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone
Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it
Incaricato dell'Istruttoria: Daniela Restelli
Tel. 02-994302239/2207



ALLEGATO 1

ASST RHODENSE

Viale C. Forlanini 95

20024 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto _____ C..F. _____ nato il
 _____ a _____ residente in
 _____ C.a.p. _____ Via _____ n.
 _____, in qualità di _____ dell'operatore economico
 _____, con sede legale in _____ C.a.p. _____ Via
 _____ Tel. _____ indirizzo e-mail PEC _____
 codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____ iscrizione
 C.C.I.A.A. n. _____ sede di _____ Provincia
 _____ dal _____

MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite
 all'interno dell'Avviso 05/2019 pubblicato dall'ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it,
 sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta IVA esclusa	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di n. 1 poligrafo per emodinamica da destinare al P.O. di Rho, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione	24 mesi	1	€ 40.135,00	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D.Lgs. n.50/2016 e art. 23, punto 2.3.2 del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento aziendale per gli acquisti
Servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 72 mesi (clausola opzionale)	72 mesi servizio di assistenza e manutenzione		€ 31.410,00		

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto.

Data e luogo _____

*Firma del soggetto dichiarante**

****La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore***

**ALLEGATO 2**

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 POLIGRAFO PER EMODINAMICA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 72 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .

AVVISO – n. 05/2019

L'apparecchiatura oggetto della presente fornitura dovrà essere nuova e di ultima generazione, conforme alle normative vigenti (direttiva 93/42/CEE e s.m.i., normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. L'operatore economico dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. L'operatore economico si dovrà occupare di tutte le opere edili – impiantistiche utili per l'installazione delle apparecchiature, inoltre si dovrà occupare della disinstallazione e ritiro/smaltimento dei dispositivi da sostituire.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l'azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti (alla data di presentazione dell'offerta).

Il POLIGRAFO PER EMODINAMICA dovrà possedere le caratteristiche minime di seguito indicate:

1. SISTEMA DI ACQUISIZIONE

A. Unità di acquisizione alloggiabile in prossimità del tavolo angiografico.

B. Possibilità di acquisire i seguenti segnali:

I. tracciato ECG di superficie a 12 derivazioni con analisi del tratto ST;

II. respiro;

- III. SpO2 – indicare tipo di curva disponibile;
- IV. 4 canali di pressione invasiva;
- V. pressione non invasiva da acquisire in modalità automatica o manuale;
- VI. modulo per misura della gittata cardiaca (preferibilmente in modalità termodiluizione);
- VII. indicare eventuali ulteriori parametri a disposizione.

C. Il sistema deve permettere le misurazioni automatiche di:

- I. pressioni, calcoli di gradienti pressori contemporanei o in tempi successivi (pullback);
- II. gettata cardiaca
- III. calcoli flussi, resistenze vascolari e sistemiche e shunts, calcolo aree valvolari
- IV. possibilità di revisione completa degli esami (anche d'emergenza e in corso di monitoraggio del paziente) e analisi sui dati registrati, cancellazione e esportazione dei singoli esami.

D. monitor ripetitore da installare su sospensione pensile da almeno 19" ad alta definizione, medicale;

E. filtri e protezioni contro le scariche del defibrillatore

F. Devono essere inclusi tutti gli accessori (e.g. cavi di connessione, rilevatori di saturimetria, bracciale per sfigmomanometro, etc) necessari per il completo e corretto funzionamento di ogni opzione del sistema (ad esclusione del materiale monouso da utilizzare durante l'esame)

2. UNITÀ DI ELABORAZIONE

A. Consolle di controllo con PC di ultima generazione

B. N. 2 display di dimensioni non inferiori a 20" ad alta definizione per la visualizzazione contemporanea dei parametri in tempo reale e dell'elaborazione delle misurazioni eseguite



- C. Unità di masterizzazione DVD
 - D. Stampante laser a colori
 - E. Carrello a ridotte dimensioni.
3. Conformità alle direttive 93/42/CEE e s.m.i. sia del dispositivo che del software;
 4. Conformità alla EN 60601-1.

Devono considerarsi incluse nel contratto le seguenti prestazioni:

- Disinstallazione e smaltimento delle apparecchiature esistenti;
- Installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario e tecnico;
- Servizio di assistenza tecnica Full Risk per almeno 24 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di almeno 10 anni).