

Presidio di Garbagnate Milanese

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015
 Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese
 Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591
 E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 145/2019

Garbagnate M.se, 29 luglio 2019
 Prot. n. 0048460

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 2 RIUNITI ODONTOIATRICI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .

AVVISO – n. 03/2019

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

29/07/2019

SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

06/08/2019

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento diretto del contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 2 riuniti odontoiatrici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta	Valore massimo del contratto	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di n. 2 riuniti odontoiatrici da destinare al P.O. di Rho, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi, + servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 36 mesi (clausola opzionale)	24 mesi + 36 mesi servizio di assistenza e manutenzione	1	24.990,00	39.000,00	Affidamento diretto ex art. 14, comma 3, Regolamento degli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

Il contratto dovrà essere eseguito presso il P.O. di Rho in conformità a quanto sinteticamente riportato nel documento Allegato 2 del presente Avviso.

Con l'esperimento della suddetta procedura l'ASST Rhodense intende individuare la migliore offerta da aggiudicarsi sulla base del criterio della migliore offerta sulla base di valutazioni e criteri di comparazione espressione della propria discrezionalità tecnica che tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta ai sensi dell'art. 14, 3 e 22, 2.3., lett. c), del citato Regolamento aziendale, previo giudizio di idoneità dell'apparecchiatura offerta e dei servizi connessi espresso sulla base dei seguenti requisiti, emergenti dalla documentazione tecnica prodotta, e ordinati in ordine decrescente di importanza:

1. Soluzioni tecniche relative ai sistemi di disinfezione;
2. Prestazioni tecnico-funzionali del sistema offerto;
3. Ergonomia;
4. Servizi di assistenza tecnica e formazione;
5. Prezzo offerto.

Gli operatori economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata, dovranno dichiarare il proprio interesse **entro le ore 14.00 del giorno 06/08/2019**.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, sezione "Gare", link disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 29/07/2019.

Gli operatori economici dovranno far pervenire ad ASST Rhodense - a mezzo all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it entro e non oltre **il termine suindicato delle ore 14.00 del giorno 06/08/2019**:

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1);
2. Relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi. Si chiede di specificare Codice CND e Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM; dati identificativi della società offerente (regio sociale, etc);
3. Contatti (area tecnica).

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco,



nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Garbagnate Milanese, 29 luglio 2019

Per il RESPONSABILE UOC ACQUISTI

Il sostituto

Giuditta Pincioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa*

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone
Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Ivana Colombo/Daniela Restelli
Tel. 02-994302239/2207

ALLEGATO 1**ASST RHODENSE****Viale C. Forlanini 95****20024 Garbagnate Milanese**

Il sottoscritto _____ C..F. _____ nato il _____ a _____ residente in _____ C.a.p. _____ Via _____ n. _____, in qualità di _____ dell'operatore economico _____, con sede legale in _____ C.a.p. _____ Via _____ Tel. _____ indirizzo e-mail PEC _____ codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____ iscrizione C.C.I.A.A. n. _____ sede di _____ Provincia _____ dal _____

MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all'interno dell'Avviso 03/2019 pubblicato dall'ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it, sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta	Valore massimo del contratto	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Contratto di fornitura di n. 2 riuniti odontoiatrici da destinare al P.O. di Rho, comprensivo di servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi, + servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 36 mesi (clausola opzionale)	24 mesi + 36 mesi servizio di assistenza e manutenzione	1	24.990,00	39.000,00	Affidamento diretto ex art. 14, comma 3, Regolamento degli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi



indicate,

DICHIARA

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto.

Data e luogo _____

*Firma del soggetto dichiarante**

***La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore**

ALLEGATO 2

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 2 RIUNITI ODONTOIATRICI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .

AVVISO – n. 03/2019

Le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere nuove e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/CEE e s.m.i., normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. La ditta si dovrà occupare di tutte le opere edili – impiantistiche utili per l'installazione delle apparecchiature, inoltre si dovrà occupare della disinstallazione e ritiro/smaltimento dei dispositivi da sostituire.

Si richiede la disponibilità di fornire n. 2 RIUNITI ODONTOIATRICI le cui caratteristiche minime sono dettagliate in seguito. Ciascuna apparecchiatura dovrà essere dotata di:

- Consolle Operatore;
- Consolle Assistente;
- Gruppo idrico;
- Poltrona odontoiatrica;
- Pedaliera;
- Lampada scialitica operativa;

- Dispositivi igienici;
- Manipoli per strumenti odontoiatrici (n°1 turbotrapano, n°1 contrangolo (anello blu), n°1 siringa, n°1 ablatore dotate di tre punte);
- Conformità alle direttive 93/42/CEE e s.m.i. sia del dispositivo che del software;
- Conformità alla EN 60601-1.

L'operatore economico dovrà fornire n. 1 Separatore di Amalgama Cattani S.p.A. a norma ISO da integrare sull'aspiratore chirurgico attualmente installato presso il reparto di cui si riportano in seguito i dati di targa:

- Aspiratore Chirurgico: CATTANI S.p.A. – SINGLE-PH UNIT – Type: TURBO “SMART” PROT.SCAR. (Month: 04; Year: 18; S/N° WP529351) – 230V 9A 50-60Hz – Dimension H x L x P CM. 63 x 39 x 35.

Devono considerarsi inclusi nel contratto:

- Disinstallazione e smaltimento delle apparecchiature esistenti;
- Installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario;
- Servizio di assistenza tecnica Full Risk per almeno 24 mesi (disponibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo di almeno 10 anni).