

**Presidio di Garbagnate Milanese**

**U.O.C. Acquisti** - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015  
 Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese  
 Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591  
 E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 72/2020

Garbagnate M.se, 14 maggio 2020

**AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SET PER SUTURA" DA DESTINARE AGLI AMBULATORI E AI REPARTI DEI PP.OO. DELL'ASST RHODENSE, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

**AVVISO – n. 05/2020**

**PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:**

**14/05/2020**

**SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:**

**29/05/2020**

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento diretto del contratto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di n. 39.000 "Set per sutura" consistente in kit sterile monouso contenente un insieme di prodotti per la sutura asettica del paziente, da destinare agli ambulatori e ai reparti dei PP. OO. dell'Asst Rhodense, per il periodo di 36 mesi, **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del D.Lgs. n. 50/2016, e degli artt. 8, comma 2 lett. c), e 23, 2.3.1, del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria pubblicato sul sito [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it) nella Sezione Gare mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esc.)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di "Set per sutura" - periodo 36 MESI	€ 193.050,00	Affidamento diretto ex art. 14, comma 1, Regolamento degli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016

Nell'Allegato 2 "Specifiche tecniche" viene riportata una descrizione sintetica ma vincolante dei dispositivi ricompresi nel contratto in oggetto.

Con l'esperimento della suddetta eventuale procedura l'ASST Rhodense intende individuare la migliore offerta da aggiudicarsi sulla base del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 23, 2.3.1, del del Regolamento aziendale, previo giudizio di idoneità dei dispositivi medici offerti.

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti [www.centraleacquisti.regione.lombardia.it](http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it) e sul sito internet aziendale [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), sezione "Gare", link disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal **14/05/2020**.

Gli operatori economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata, dovranno dichiarare il proprio interesse **entro le ore 12.00 del giorno 29/05/2020** **esclusivamente** tramite l'apposita funzione presente in Piattaforma SinTel all'indirizzo sopra indicato, compilando, la Manifestazione di interesse (Allegato 1), che dovrà essere firmata digitalmente corredata dai seguenti documenti allegati:

1. Relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi. Si chiede di specificare Codice CND e Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM, dati identificativi della società offerente (ragione sociale, etc);

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto. L'ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei, anche ai sensi del sopracitato articolo, che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Garbagnate M.se, 14 maggio 2020.

**Il Dirigente U.O.C. Acquisti**

**Luca Baccaro**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo  
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo  
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo  
cartaceo e la firma autografa*

Email: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it) - Tel. 02-994302475

Incaricato dell'Istruttoria: Danila Barone/Iannaccone Lucia

Tel. 02-99430-2173/2186 - Email: [dbarone@ast-rhodense.it](mailto:dbarone@ast-rhodense.it) / [liannaccone@asst-rhodense.it](mailto:liannaccone@asst-rhodense.it)

**ALLEGATO 1**

**ASST RHODENSE**  
**Viale C. Forlanini n. 95**  
**20024 Garbagnate Milanese**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail PEC \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscrizione C.C.I.A.A. n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta**

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla procedura negoziata inserite all'interno dell'Avviso **05/2020** pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti [www.centraleacquisti.regione.lombardia.it](http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it) e sul sito internet aziendale dall'ASST Rhodense sul sito internet [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Valore massimo presunto del contratto presunto (Iva esc.)	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di "Set per sutura" - periodo 36 MESI	€ 193.050,00	Affidamento diretto ex art. 14, comma 1, Regolamento degli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

---

**DICHIARA**

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto;
4. di avere la capacità di fornire prodotti/servizi rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nell'Allegato 2.

Data e luogo \_\_\_\_\_

---

*Firma del soggetto dichiarante\**

**\*La dichiarazione deve essere corredata d:**

- **Fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore;**
- **Relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi;**
- **Contatti (area tecnica).**

## ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE

### OGGETTO DEL CONTRATTO:

Somministrazione, ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c., per l'intera durata del contratto (pari a 36 mesi), del "Set per sutura", consistente in kit sterile monouso contenente un insieme di prodotti per la sutura aseptica del paziente, da destinare agli ambulatori e ai reparti dei PP.oO. dell'ASST Rhodense.

I dispositivi oggetto della somministrazione dovranno essere nuovi e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/CEE e s.m.i., normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. Dovranno essere forniti sterili in confezioni integre con indicanti in modo chiaro la data di sterilizzazione, la relativa scadenza e il numero di lotto. Ogni confezione dovrà riportare anche, in modo chiaro e ben leggibile, la descrizione qualitativa e quantitativa del contenuto, il nome del produttore e ogni altra informazione utile all'immediato riconoscimento del prodotto stesso. Inoltre, i dispositivi in parola dovranno essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario per il corretto utilizzo dei dispositivi medici in parola, oltre a tutta la necessaria assistenza e formazione per permettere all'equipe clinica l'utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

Per i dispositivi medici oggetto della fornitura si richiede di rispettare quanto indicato, preferibilmente nella misura indicata:

### 1. CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEI DISPOSITIVI

#### 1.1 COMPOSIZIONE DEL SET: blister rigido a tre scomparti contenente:

- N. 1 pinza anatomica in metallo cm 12,5
- N. 1 forbice a punte sottili cm 11,6
- N. 1 portaghi piccolo in metallo cm 12
- N. 1 telo in TNT cm 50x50 con foro adesivo cm 10x5
- N. 5 garze in TNT cm 7,5x7,5

Ai fini della rintracciabilità del prodotto ogni set dovrà essere provvisto di etichetta amovibile

## 1.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

- Pinza anatomica                      Acciaio Inossidabile
- Forbici a punte sottili              Acciaio al carbonio
- Portaghi                                Acciaio inossidabile
- Telo                                      TNT a due strati (cellulosa-polietilene) 50 g/m<sup>2</sup>
- Blister                                  Carta plastificata 60 g/m<sup>2</sup> Film PE 300 µm

## 2. Di seguito si riportano le caratteristiche minime ed essenziali dei materiali oggetto di fornitura:

- Tutti i dispositivi che compongono il kit devono essere latex free, di Classe I sterile e conformi DIR 93/42 CEE e s.m.i. – Aggiornamento DIR 2007/47/CE e superiori intervenute, a marcatura CE, prodotti da azienda in possesso di certificazione di Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI CEI EN ISO 13485:2012