

## Presidio di Garbagnate Milanese

**U.O.C. Acquisti** - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015  
Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese  
Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591  
E-mail: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it)

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 41/2020  
Garbagnate M.se, 20 febbraio 2020

**AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 COLORATORE VETRINI E MONTAVETRINI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .**

**AVVISO – n. 02/2020**

**PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:**

**20/02/2020**

**SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:**

**03/03/2020**

ASST Rhodense intende esperire la procedura per l'affidamento diretto del contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 coloratore vetrini e montavetrini integrato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta iva esclusa	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di n. 1 coloratore vetrini e montavetrini integrato da destinare al P.O. di Rho, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi	24 mesi	1	€ 59.721,00	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 6 D.Lgs. n.50/2016	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016
Servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 36 mesi (clausola opzionale)	36 mesi servizio di assistenza e manutenzione		€ 10.000,00		

Il contratto dovrà essere eseguito presso il P.O. di Rho in conformità a quanto sinteticamente riportato nel documento Allegato 2 del presente Avviso.

Con l'esperimento della suddetta procedura l'ASST Rhodense intende individuare la migliore offerta da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016, previa verifica da parte di apposita Commissione della conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime riportate nell'allegato 2.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) offerta economica (prezzo complessivo offerto) | max 30/100 punti |
| b) qualità della fornitura/servizio               | max 70/100 punti |

Gli operatori economici dovranno far pervenire ad ASST Rhodense - a mezzo all'indirizzo PEC [protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it) entro e non oltre **il termine suindicato delle ore 14.00 del giorno 03/03/2020:**

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1);
2. Breve relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi. Si chiede di specificare Codice CND e Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM; dati identificativi della società offerente (regio sociale, etc);
3. Contatti (area tecnica).

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all'integrazione dell'elenco, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei che non abbiano presentato manifestazione di interesse.

Garbagnate Milanese, 20 febbraio 2020

PER IL RESPONSABILE UOC ACQUISTI

*Giuditta Pincioli*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo  
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.  
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma  
autografa*

**Responsabile del Procedimento:** Maria Luigia Barone  
Tel. 02-994302475 - Email: [areaacquisti@asst-rhodense.it](mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it)

**Incaricato dell'Istruttoria:** Caterina Sasso  
Tel. 02-994302239/2207

**ALLEGATO 1****ASST RHODENSE****Viale C. Forlanini 95****20024 Garbagnate Milanese**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C..F. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail PEC \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscrizione C.C.I.A.A. n. \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta**

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all'interno dell'Avviso 02/2020 pubblicato dall'ASST Rhodense sul sito internet [www.asst-rhodense.it](http://www.asst-rhodense.it), sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

DESCRIZIONE	Durata del contratto (mesi)	Lotti	Importo complessivo posto a base d'asta iva esclusa	Criterio di affidamento	Tipologia procedura
Fornitura di n. 1 coloratore vetrini e montavetrini integrato da destinare al P.O. di Rho, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi	24 mesi	1	€ 59.721,00	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 6 D.Lgs. n.50/2016	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016
Servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia per la durata di 36 mesi (clausola opzionale)	36 mesi servizio di assistenza e manutenzione		€ 10.000,00		

*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

---

**DICHIARA**

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto.

Data e luogo \_\_\_\_\_

---

*Firma del soggetto dichiarante\**

*\*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore*

## ALLEGATO 2

**AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 COLORATORE VETRINI E MONTAVETRINI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 24 MESI + SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (CLAUSOLA OPZIONALE) .**

**AVVISO – n. 02/2020**

L'apparecchiatura oggetto della presente fornitura dovrà essere nuova e di ultima generazione, conforme alle normative vigenti (direttiva 98/79/CE e s.m.i., normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. Dovranno inoltre essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle apparecchiature offerte. La ditta si dovrà occupare di tutte le eventuali opere edili – impiantistiche utili per l'installazione delle apparecchiature, inoltre si dovrà occupare della disinstallazione e ritiro/smaltimento dei dispositivi da sostituire.

Per quanto sopra si richiede la disponibilità a fornire n. 1 COLORATORE VETRINI E MONTAVETRINI INTEGRATO le cui caratteristiche minime sono dettagliate in seguito:

- A. Colorazione automatica e montaggio di vetri con controllo a microprocessore e con applicazione dei coloranti tramite immersione;
- B. Dimensioni (LxPxA) del sistema coloratore completo di montavetrini automatico le più ridotte possibili. L'intero sistema deve poter essere alloggiato all'interno della cappa attualmente presente presso il laboratorio del P.O. di Rho (dimensioni vano interno cappa: 200x80x110 cm);
- C. Sistema che permetta il montaggio/allestimento dei vetri con etichetta adesiva;
- D. Possibilità di carico e scarico in continuo dei cestelli da almeno 30 vetri, senza necessità di apertura dei vani reagenti;

- 
- E. Possibilità di colorazione fino ad almeno 300 vetrini in parallelo;
  - F. Dotato di almeno 28 stazioni per reagenti per la colorazione;
  - G. Dotato di almeno due forni termostatici per l'asciugatura;
  - H. Dotato di stazioni di lavaggio in acqua corrente;
  - I. Dotato di almeno almeno 40 vaschette (incluse le vaschette termostatiche);
  - J. Possibilità di programmazioni di colorazioni e tempi di agitazione, con esecuzione in contemporanea di un elevato numero di colorazioni differenti (citologiche es. papanicolaou, istologiche es. ematossilina-eosina);
  - K. Sistema completamente chiuso e dotato di sistema di espulsione dei vapori su filtro a carboni attivi;
  - L. Sistema dotato di allarmi sia acustici che visivi;
  - M. Possibilità di collegamento all'esterno tramite tubo flessibile per evacuazione dei fumi;
  - N. Dotato di display per la visualizzazione delle colorazioni in esecuzione e della loro posizione;
  - O. Possibilità di utilizzo di comuni reagenti e mezzi di montaggio in commercio;
  - P. Dotato di software in lingua italiana;
  - Q. Dotato di marcatura CE in conformità alla direttiva relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) 98/79/CE;

L'apparecchiatura dovrà essere dotata di tutti gli accessori necessari per l'utilizzo, in particolare:

- R. Vaschette di colorazione;
- S. Cestelli portavetrini;
- T. Filtri di ricambio;
- U. Raccordi necessari per l'evacuazione dei fumi verso l'esterno;
- V. Gruppo di continuità (UPS) per garantire l'alimentazione elettrica di emergenza fino al completamento del ciclo di colorazione in corso.

## Asst Rhodense - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 2E10D0D55B5EFDA93A19DC83590449A2E0A539D05CAE93CCDC538F51FFC53F5A

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Pincirolì Giuditta Marina

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0011345/20

Data Protocollo 20/02/2020

Oggetto AVVISO ESPLORATIVO N. 1 SISTEMA COLORATORE PORTAVETRINI

UOR Competente 2.3.2 ACQUISTI

UOR Conoscenza

Destinatario SOCIETA VARIE

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

#### URL

**IDENTIFICATIVO** SXJG1-129

**PASSWORD** Er5Wj

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

