

Presidio di Garbagnate Milanese

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015
 Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese
 Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591
 E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario:01.6.03 - Fascicolo: 27/2021

Garbagnate M.se, 18 novembre 2021

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MULTILOTTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 1 E 2, LETT. A), L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108/2021, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI "KIT PER LAPAROSCOPIA" PER IL PERIODO DI 8 MESI.

AVVISO – n. 18/2021

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/11/2021
SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 14:00 del 26/11/2021

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (di seguito ASST Rhodense) intende esperimentare procedura finalizzata all'affidamento diretto del contratto avente ad oggetto la fornitura di "kit per laparoscopia" per il periodo di 8 mesi ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. a), L. n. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, mediante invito a presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente avviso. Il presente avviso sarà pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti www.ariaspa.it e sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, sezione "Gare", link disponibile anche in sezione "Amministrazione Trasparente".

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene:

LOTTO	QUANTITÀ STIMATA 8 MESI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (IVA E.)	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA 8 MESI (IVA E.)	IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO 8 MESI (IVA E.)	CRITERIO DI AFFIDAMENTO	TIPOLOGIA PROCEDURA
LOTTO 1 – KIT PROSTATA	80	€ 139,00	€ 11.120,00	87.985,00	Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b),	Ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. a), L. n. 120/2020, come
LOTTO 2 – KIT NEFROSTOMIA	25	€ 145,00	€ 3.625,00			

LOTTO 3 – KIT GINECOLOGIA	25	€ 115,00	€ 2.875,00	del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	modificata dalla L. n. 108/2021.
LOTTO 4 – KIT COLECISTI	345	€ 138,00	€ 47.610,00		
LOTTO 5 KIT APPENDICE	105	€ 123,00	€ 12.915,00		
LOTTO 6 KIT COLON	120	€ 82,00	€ 9.840,00		

Con l'esperimento della suddetta eventuale procedura ASST Rhodense intende individuare la migliore offerta sulla base del criterio del **minor prezzo** e dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo giudizio di idoneità dei dispositivi medici offerti.

Nell'Allegato 2 "Specifiche tecniche" viene riportata una descrizione sintetica ma vincolante dei dispositivi ricompresi nel contratto in oggetto.

Gli operatori economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura suindicata, dovranno dichiarare il proprio interesse **entro le ore 14:00 del giorno 26/11/2021 esclusivamente** tramite l'apposita funzione presente in Piattaforma SinTel all'indirizzo sopra indicato, allegando la documentazione di seguito indicata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente:

1. Manifestazione di interesse (Allegato n. 1), riportante contenuti e condizioni contrattuali, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
2. relazione tecnica riportante le caratteristiche minime ed essenziali dei prodotti oggetto di fornitura, corredata da schede tecniche in formato digitale dei prodotti offerti redatte in lingua italiana;
3. contatti (area tecnica).

Si specifica che gli Operatori economici interessati dovranno inserire in Piattaforma, nello specifico campo "Offerta Economica", un valore simbolico, non essendo prevista la compilazione di uno schema di offerta economica per il presente avviso.

L'indagine viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in alcun modo lo

scrivente Ente nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, non potranno pertanto vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto. ASST Rhodense inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Garbagnate M.se, 18 novembre 2021.

Il Dirigente U.O.C. Acquisti

Angela Gaspero

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa*

Email: areaacquisti@asst-rhodense.it - Tel. 02-994302475
Incaricato dell'Istruttoria: Danila Barone/ Lucia Iannaccone
Email: dbarone@asst-rhodense.it / liannaccone@asst-rhodense.it
Tel. 02-99430-2173/2186

ALLEGATO 1

ASST RHODENSE
Viale C. Forlanini n. 95
20024 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto _____ C..F. _____ nato il _____ a _____ residente in _____ C.a.p. _____ Via _____ n. _____, in qualità di _____ dell'operatore economico _____, con sede legale in _____ C.a.p. _____ Via _____ Tel. _____ indirizzo e-mail PEC _____ codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____ iscrizione C.C.I.A.A. n. _____ sede di _____ Provincia _____ dal _____

MANIFESTA L'INTERESSE dell'OPERATORE ECONOMICO che rappresenta

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all'interno dell'Avviso **18/2021** pubblicato dall'ASST Rhodense sulla Piattaforma SinTel, sul portale della Centrale Acquisti www.ariaspa.it e sul sito internet dell'ASST Rhodense www.asst-rhodense.it, sezione Gare, per la procedura di seguito appositamente indicata:

LOTTO	QUANTITÀ STIMATA 8 MESI	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (IVA E.)	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA 8 MESI (IVA E.)	IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO 8 MESI (IVA E.)	CRITERIO DI AFFIDAMENTO	TIPOLOGIA PROCEDURA
LOTTO 1 – KIT PROSTATA	80	€ 139,00	€ 11.120,00	87.985,00	Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. a), L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021.
LOTTO 2 – KIT NEFROSTOMIA	25	€ 145,00	€ 3.625,00			
LOTTO 3 – KIT GINECOLOGIA	25	€ 115,00	€ 2.875,00			
LOTTO 4 – KIT COLECISTI	345	€ 138,00	€ 47.610,00			
LOTTO 5 KIT APPENDICE	105	€ 123,00	€ 12.915,00			
LOTTO 6 KIT COLON	120	€ 82,00	€ 9.840,00			

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
2. che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____, per oggetto di attività coerente rispetto all'oggetto del contratto inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito della procedura in oggetto;
4. di avere la capacità di fornire prodotti/servizi rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nell'Allegato 2.

Data e luogo _____

Firma del soggetto dichiarante*

***La dichiarazione deve essere corredata d:**

- Fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore;
- Relazione tecnica corredata di schede tecniche e manuali d'uso dei dispositivi;
- Contatti (area tecnica).

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Fornitura, ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c., per l'intera durata del contratto (pari a 8 mesi), per la fornitura di **“Kit per laparoscopia” da destinare alle UU.OO. dei PP.OO. di ASST Rhodense per il periodo di 8 mesi.**

I dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere nuovi e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (Regolamento UE 2017/745 e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. I dispositivi in parola dovranno essere forniti sterili in confezioni integre con indicatori in modo chiaro la data di sterilizzazione, la relativa scadenza e il numero di lotto e privi di lattice e ftalati. Ogni confezione dovrà riportare anche, in modo chiaro e ben leggibile, la descrizione qualitativa e quantitativa del contenuto, il nome del produttore e ogni altra informazione utile all'immediato riconoscimento del prodotto stesso. Inoltre, i dispositivi in parola dovranno essere registrati nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario per il corretto utilizzo dei dispositivi medici in parola, oltre a tutta la necessaria assistenza e formazione per permettere all'equipe clinica l'utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

Per tutti i dispositivi medici oggetto della fornitura è richiesta:

la conformità alle direttive vigenti (Regolamento UE 2017/745 e UNI);

1. il codice di Classificazione CND;
2. il numero Identificativo di registrazione attribuito dal Sistema BD/RDM

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEI DISPOSITIVI

LOTTO 1 – KIT PROSTATA

COMPOSIZIONE KIT:

n. 1 trocar ottico 5/12mm x 100mm c/cannula trasparente, punta dilatante, valvola con riduttore universale e raccordo insufflazione completo di mandrino;
n. 1 cannula ottica monouso calibro 5/12 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 trocar ottico 5mm x 100mm c/cannula trasparente, punta dilatante, valvola con riduttore universale e raccordo insufflazione completo di mandrino;
n. 2 cannula ottica monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 stelo forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, da accoppiarsi a manico ergonomico e dotato di connettore monopolare, poliuso. Si richiederà un numero congruo in comodato d'uso, di manici; <u>in alternativa :</u>
n. 1 forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, impugnatura ergonomica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, dotate di connettore monopolare;
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione con codice colore monouso;
n. 1 sacchetto monouso per la rimozione di reperti anatomici in chirurgia laparoscopica (volume 200/250 ml circa) calibro 10mm;

LOTTO 2 – KIT NEFROSTOMIA

COMPOSIZIONE KIT:

n. 1 trocar ottico 5/12mm x 100mm c/cannula trasparente, punta dilatante, valvola con riduttore universale e raccordo insufflazione mandrino;
n. 2 cannula ottica monouso calibro 5/12 mm lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 trocar ottico 5mm x 100mm c/cannula trasparente, punta dilatante, valvola con riduttore universale, raccordo insufflazione;
n. 1 cannula ottica monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 stelo forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, da accoppiarsi a manico ergonomico e dotato di connettore monopolare, poliuso. Si richiederà un numero congruo in comodato d'uso, di manici; <u>in alternativa :</u>
n. 1 forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, impugnatura ergonomica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, dotate di connettore monopolare;
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione con codice colore. Monouso;
n. 1 sacchetto monouso per la rimozione di reperti anatomici in chirurgia laparoscopica (volume 1200/1500 ml circa) calibro 10mm;

LOTTO 3 – KIT GINECOLOGIA**COMPOSIZIONE KIT:**

n. 1 cannula ottica monouso calibro 10/11 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 Trocar completo monouso calibro 10mm o 11mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale, mandrino senza lama con punta dilatante, cannula di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh. 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione monouso;
n.1 sacchetto monouso per la rimozione di reperti anatomici in chirurgia laparoscopica (volume 1200/1500ml circa) calibro 12mm;
n. 1 stelo forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, da accoppiarsi a manico ergonomico e dotato di connettore monopolare, poliuso. Si richiederà un numero congruo in comodato d'uso, di manici in alternativa:
n. 1 forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, impugnatura ergonomica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, dotate di connettore monopolare

LOTTO 4 – KIT COLECISTI**COMPOSIZIONE KIT:**

n. 1 Trocar ottico completo monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale, mandrino senza lama con punta atraumatica, cannula con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 cannula ottica monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 Trocar completo monouso calibro 10/100 mm o 11/100mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale, mandrino senza lama con punta dilatante, cannula di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 cannula monouso calibro 10/100mm o 11/100mm circa corrispondente al trocar completo descritto completa di riduttore universale, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione monouso;
n. 1 sacchetto monouso per la rimozione di reperti anatomici in chirurgia laparoscopica (volume circa 200/250ml circa) calibro 10mm circa e dispositivo di apertura del sacchetto facilitato con rilascio a siringa;
n. 1 stelo forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, da accoppiarsi a manico ergonomico e dotato di connettore monopolare, poliuso. Si richiederà un numero congruo in comodato d'uso, di manici; alternativa:
n. 1 forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, impugnatura ergonomica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, dotate di connettore monopolare;

LOTTO 5 – KIT APPENDICE**COMPOSIZIONE KIT:**

n. 1 Trocar ottico completo monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale, mandrino senza lama con punta atraumatica, cannula con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 Trocar completo monouso calibro 10 mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale (no rimuovibile), mandrino senza lama con punta dilatante cannula di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 cannula monouso calibro 10 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale (no rimuovibile), radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione;
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione monouso;
n. 1 sacchetto monouso per la rimozione di reperti anatomici in chirurgia laparoscopica (volume circa 200/250 ml circa) calibro 10mm circa e dispositivo di apertura del sacchetto facilitato con rilascio a siringa;
n. 1 stelo forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, da accoppiarsi a manico ergonomico e dotato di connettore monopolare, poliuso. Si richiederà un numero congruo in comodato d'uso, di manici;
<u>in alternativa:</u>
n. 1 forbice monouso “Metzenbaum” curva laparoscopica, impugnatura ergonomica, stelo 5mm, lungh. 32 cm circa, rotante 360°, dotate di connettore monopolare;

LOTTO 6 – KIT COLON**COMPOSIZIONE KIT:**

n. 1 Trocar ottico completo monouso calibro 12 mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale e di valvola non rimuovibile, mandrino senza lama con punta atraumatica, cannula con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione.
n. 2 cannula monouso calibro 12 mm, lungh. 100mm circa completa di riduttore universale e valvola non rimuovibile, con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione.
n. 1 Trocar ottico completo monouso calibro 5 mm, lungh. 100mm circa completo di riduttore universale, mandrino senza lama con punta atraumatica, cannula con zigrinatura di stabilità, radiotrasparente, dotata di rubinetto per insufflazione.
n. 1 sistema di irrigazione e aspirazione calibro 5mm, lungh 320mm circa, dotato di impugnatura ergonomica e comandi per irrigazione e aspirazione. monouso